

LABORATORIO DE RAYOS X

FECHA	TÉCNICO	FILTROS H ₂ O EQUIPOS					MED. DE FLUJO EQUIPOS			FILTROS H ₂ O ENFRIADORAS			BOTELLA GAS PR
		D8I - 1	D8I - 2	D8C - 1	D8C - 2	AXIOS	D8I	D8C	AXIOS	D8I	D8C	AXIOS	AXIOS
15/01/11	Alberto	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK	OK~	OK	OK 40
12/02/11	Alberto	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK	KO	OK	OK 30
12/03/11	Alberto	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK	OK	OK	OK 25
16/04/11	Paco	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK	OK	OK	OK 200
14/05/11	Paco	OK	OK~	OK~	OK	OK	KO	OK~	OK~	OK	OK~	OK	OK 180
18/06/11	Alberto	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK	OK~	OK~	OK~	KO	OK	OK 170
16/07/11	Alberto	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK	OK	OK 165
11/08/11	Alberto	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK	OK~	OK~	KO	OK	OK	OK 150
17/09/11	Santiago	OK	OK~	KO	OK	KO	OK	OK~	OK~	OK	OK	OK	OK 145
11/10/11	Alberto	OK	OK~	OK	OK	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK~	OK	OK 140
12/11/11	Alberto	OK	OK~	OK	OK	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK~	OK	OK 125
12/12/11	Alberto	OK	OK~	OK	OK	OK	OK	OK~	OK~	OK~	OK~	OK	OK 110

OK = Pasa la revisión.

OK~ = Pasa la revisión, pero hay que mantener una observación periódica.

KO = No pasa la revisión. Hay que sustituir/limpiar pieza.

12 de diciembre de 2011



LABORATORIO DE RAYOS X

FECHA	TÉCNICO	VOLCADO DE DATOS				REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS			
		D8I	D8C	AXIOS	EAGLE	D8I	D8C	AXIOS	EAGLE
15/01/11	Alberto	28/09/10	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 24/11/10	☒ TTK450 12/01/11 ☐ XRK900	☐ MAYORES 19/07/10 ☐ TRAZAS 02/08/10 ☐ MAY/TRZ 22/03/10 ☐ IQ+ 09/11/10	☐ 20/07/10
12/02/11	Alberto	28/09/10	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 24/11/10	☐ TTK450 12/01/11 ☐ XRK900	☐ MAYORES 19/07/10 ☐ TRAZAS 02/08/10 ☐ MAY/TRZ 22/03/10 ☒ IQ+ 26/01/09	☒ 11/02/11
12/03/11	Alberto	28/09/10	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 24/11/10	☒ TTK450 02/03/11 ☐ XRK900	☐ MAYORES 19/07/10 ☐ TRAZAS 02/08/10 ☐ MAY/TRZ 22/03/10 ☐ IQ+ 26/01/09	☐ 11/02/11
16/04/11	Paco	28/09/10	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 24/11/10	☒ TTK450 25/03/11 ☒ XRK900 22/03/11	☒ MAYORES 06/04/11 ☒ TRAZAS 21/03/11 ☒ MAY/TRZ 01/04/11 ☒ IQ+ 17/03/11	☐ 11/02/11

CODIGO DE COLORES: Realizado por Francisco Rodríguez Padial, Alberto Ortega Galván, Santiago Medina Carrasco

12 de diciembre de 2011



LABORATORIO DE RAYOS X

FECHA	TÉCNICO	VOLCADO DE DATOS				REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS			
		D8I-90	D8C	AXIOS	EAGLE	D8I-90	D8C	AXIOS	EAGLE
14/05/11	Paco	02/05/11	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☒ SUST. EQUIPO	☐ TTK450 25/03/11 ☐ XRK900	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☐ 11/02/11
18/06/11	Alberto	02/05/11	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 12/05/11	☐ TTK450 25/03/11 ☐ XRK900	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☐ 11/02/11
16/07/11	Alberto	02/05/11	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 12/05/11	☐ TTK450 ☒ XRK900 11/07/11	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☐ 11/02/11
11/08/11	Alberto	02/05/11	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 12/05/11	☐ TTK450 ☐ XRK900 11/07/11	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☐ 11/02/11

CODIGO DE COLORES: Realizado por Francisco Rodríguez Padial, Alberto Ortega Galván, Santiago Medina Carrasco

12 de diciembre de 2011



LABORATORIO DE RAYOS X

FECHA	TÉCNICO	VOLCADO DE DATOS				REALIZACIÓN DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS			
		D8I	D8C	AXIOS	EAGLE	D8I	D8C	AXIOS	EAGLE
17/09/11	Santiago	02/05/11	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☐ 12/05/11	☒ TTK450 09/09/11 ☐ XRK900	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☐ 11/02/11
11/10/11	Alberto	02/05/11	28/09/10	28/09/10	28/09/10	☒ 19/09/11	☐ TTK450 ☒ XRK900 28/09/11	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☐ 11/02/11
12/11/11	Alberto	17/10/11	17/10/11	17/10/11	17/10/11	☐ 19/09/11	☐ TTK450 ☐ XRK900 28/09/11	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☒ 17/10/11
12/12/11	Alberto	17/10/11	17/10/11	17/10/11	17/10/11	☐ 19/09/11	☐ TTK450 ☐ XRK900 28/09/11	☐ MAYORES 06/04/11 ☐ TRAZAS 21/03/11 ☐ MAY/TRZ 01/04/11 ☐ IQ+ 17/03/11	☐ 17/10/11

CODIGO DE COLORES: Realizado por Francisco Rodríguez Padial, Alberto Ortega Galván, Santiago Medina Carrasco

12 de diciembre de 2011

